



ENFit VOOR EEN BETERE PATIËNTVEILIGHEID



In 2015 wordt de nieuwe internationale standaard voor connectoren van toedieningssystemen voor medische apparatuur geïntroduceerd. Dit is onderdeel van het project Stay Connected dat gefaseerd in 2015 en 2016 wordt uitgevoerd.

Deze nieuwe standaard geeft de eisen aan, die aan connectoren van klein kaliber voor vloeistoffen en gassen gesteld worden. Hierdoor wordt het moeilijk, zo niet onmogelijk, niet-gerelateerde systemen met elkaar te verbinden.

De eerste connector die geïntroduceerd gaat worden is de nieuwe connector voor enterale toepassing: ENFit.

ENFit wordt gefaseerd ingevoerd. Om de overgang soepel te laten verlopen, zal er een transitiefase zijn vanaf september 2015. Tijdens deze periode bieden leveranciers u transitieconnectoren aan, die aansluiting op de huidige voedingssonde en bijspuitpunt mogelijk maken. Deze transitieconnectoren zullen standaard bijgesloten worden bij alle enterale pomptoedienings-systemen. Daarnaast zullen deze connectoren ook los verkrijgbaar zijn. De ENFit sondes zullen vanaf kwartaal 1 2016 beschikbaar zijn. Heel 2016 zal in het teken staan van de transitie naar ENFit. Deze transitiefase is essentieel omdat hiermee geborgd wordt dat sondevoedingspatiënten in de gehele keten aangesloten worden met de beschikbare (transitie) producten.

Voor een overzicht van de tijdslijnen en meer details ga naar www.stayconnected.org, naar de fabrikanten en facilitaire bedrijven van producten voor enterale toediening of naar de website van de LNAG. www.lnag.nl.

Info over Gedsa

De Global Enteral Device Supplier Association (GEDSA) is een handelsassociatie zonder winstoogmerk die is opgericht ter bevordering van de introductie van internationale normen voor toedieningssystemen in de gezondheidszorg. GEDSA, waarvan fabrikanten, distributeurs en leveranciers van enterale voedingsmiddelenapparatuur over de hele wereld lid zijn, bevordert de informatiestroom met betrekking tot het drie-fase-plan. Het is bedoeld om de veiligheid van de patiënt te bevorderen alsmede een optimale toediening van enterale voeding door het risico op verkeerd verbonden toedieningssystemen te verkleinen.

Deze informatieleaflet is mogelijk gemaakt door alle fabrikanten en leveranciers van medische apparatuur en toebehoren.